CENTRE CARDIO-VASCULAIRE
secretariat.cardiologie@clinique-pontdechaume.fr
clinique du pont de chaume
Docteurs F. BOLTE, D. BRUERE, L. DELORME, A. de LABRIOLLE, Z. HOUCHAYMI, J. MOLINA, J.Ph. LABARRE, T. PETRONI & M.R REZAEI

MESURE AMBULATOIRE DE LA P.A sur 24 HEURES (Holter Tensionnel)

Nom : **Prénom :** **Age :** **ans**

Motif de l'examen :

Médecin Traitant :

Date et Heure de la pose de l'appareil : Le …… A ……..H ……
AGILIS-SPACELABS

Traitement :

- Lors du gonflage du brassard, **NE PAS PLIER LE BRAS** et rester si possible immobile le bras le long du corps.
- Si le brassard est déplacé par rapport au repère de l'artère, le remettre en place.
- L'appareil se déclenche automatiquement toutes les 15 minutes dans la journée et toutes les 30 à 60 minutes durant la nuit.
- Si l'appareil se déclenche de façon très rapprochée cela signifie que le brassard est mal positionné.
- N'hésitez pas à nous contacter en cas de problème.

Veuillez noter ci-dessous vos activités mais également l'horaire de la prise de votre traitement éventuel (continuer au verso).

HEURES	ACTIVITES	SYMPTOMES